

バイタルサイン測定機器連携システム構築業務の公募型プロポーザルによる事業者選定について
質問事項への回答

受付No	質問	回答
1	<p>プロポーザル募集要項 P6 2.1.1 (3) データでの提出とありますが、ホームページ上(募集要項)からダウンロードしたワード(1つのファイルに様式1-13があるもの)を使用して提出していいのでしょうか。その際に原本には会社印を押した書類を提出しますが、データ(ワード)の際は会社印は不要でしょうか。</p> <p>それとも各様式の原本をPDFにしたものをそれぞれ分けて提出したほうがよろしいでしょうか。</p>	<p>会社印を押印した原本の提出と、原本から作成したPDFの提出をお願いいたします。</p>
2	<p>提出書類 様式 4について、</p> <p>弊社としてのバイタル機器導入実績はありません。提案予定の企業の実績を記載してもよろしいでしょうか。</p> <p>その際に業務名称(施設名)、受託金額が各施設様の了承が必要となる為記載できません。</p> <p>記載可能な範囲でもいいのでしょうか。</p>	<p>御社のバイタル機器導入実績が記載できない場合は、提案予定の企業の実績を可能な範囲で記載してください。</p> <p>業務名称(施設名)、受託金額の件ですが、施設名か受託金額のいずれかを記載してください。</p>
3	<p>提出書類 様式5、6について</p> <p>一般情報として公開される(誰でも閲覧できる)ものでしょうか。</p>	<p>一般公開はいたしません。</p>
4	<p>仕様要件及び企画提案依頼書 5.調達内容(ア) a 血糖測定器</p> <p>現在院内で使用している測定器があれば教えてください。また30台の使用部署(何部署で何台使用)の想定を教えてください。</p>	<p>・三和化学 アクア ・テルモ メディセーフフィットスマイル ・アボットジャパン リブレ</p> <p>12部署で2~3台ずつ使用と想定しています。</p>
5	<p>仕様要件及び企画提案依頼書</p> <p>チームナーシングやPNSの一環として、検温業務を2人1組で対応されているなどはありますか。企画提案書を作成するにあたり参考にさせて頂きたいと思えます。</p>	<p>特にありません。</p>
6	<p>仕様要件及び企画提案依頼書 P11 (5)ウ データ抽出の容易化</p> <p>"別途費用を要する場合は、提案時にその費用を提示する"とありますが様式11-2の内訳に記載すればいいのでしょうか。</p>	<p>今回導入するシステムの運用が終了した際に、次期システムへのデータ移行費用発生が見込まれる場合は、様式11-2の内訳に記載してください。</p>
7	<p>提出書類 様式 8について</p> <p>NEC様の代表者は関西支社長で問題ないでしょうか。また役割については電子カルテシステムとの連携で問題ないでしょうか。</p>	<p>代表者様の件につきましては、協会会社様の情報ですので、御社でご確認ください。</p> <p>また、ネットワーク経路設定作業を含め、この仕様書に基づく作業について必要と考えられるものについて、「協力会社」として記述してください。なお、役割については、ご提案いただく内容によっては、異なるものになります。</p>
8	<p>現在の検温業務について</p> <p>検温業務について現状の中でお困りの事など御座いましたらお聞かせ頂けますでしょうか。</p>	<p>パソコンの台数不足で入力作業が遅れるという状況がございます。</p>
9	<p>見積もりについて</p> <p>血糖測定器、体温計、SpO2、カフなどを見積もりは必要でしょうか。保守費用にも含まれず故障時には発注商品(消耗品?)となる為です。</p>	<p>仕様要件及び企画提案依頼書に基づく血糖測定器、体温計、SpO2等のバイタル測定機器連携システムの導入に必要な費用は様式11-1に記載してください。運用・保守として5年間に必ず発生する費用は様式11-2に記載してください。体温計等の突発的な故障等により発生する費用は、様式11-2には含めず様式11-2に別紙として添付してください。</p>
10	<p>提出書類ファイルについて</p> <p>穴あきファイルを使用してもいいでしょうか。(原本に穴が開くため)</p>	<p>募集要項のP6に記載のとおり、提出書類は①~⑭のインデックスを付け、フラットファイルに綴じてください。フラットファイルには表題、背表紙をつけるようお願いいたします。</p>